

## **Tłumaczenie uwierzytelnione dokumentu z języka angielskiego**

Nr w repertorium: 054/2/2019

27 maja 2019 roku

Str. 1 z 1

(Logo FCI® i napis: "Fluid Components International LLC")

### **Deklaracja zgodności UE dotycząca modelu ST50**

My, firma Fluid Components, Intl, mieszcząca się pod adresem 1755 La Costa Meadows Drive, San Marcos, CA 92078-5115 USA, zaświadczamy na własną wyłączną odpowiedzialność, że rodzina produktów - **przepływomierzy ST50**, których dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodna z następującymi normami i dyrektywami.

### **2014/30/UE – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC\***

Wymagania dotyczące odporności: EN 61000-6-2: 2005

Wymagania dotyczące emisji: EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011

### **2014/35/UE – Dyrektywa niskonapięciowa LVD\***

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektrycznych:

EN 61010-1: 2010 +C1: 2011 +C2: 2013

### **Dyrektywa 2014/68/UE – urządzenia ciśnieniowe (PED)**

Model ST50 to model typu wsuwanego i nie posiada on obudowy ciśnieniowej. Z tego powodu nie jest uznawany za urządzenie ciśnieniowe zgodnie z art. 2, par. 5.

### **Dyrektywa 2011/65/UE RoHS 2**

Rodzina produktów ST50 spełnia wymagania Dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 roku dotyczące ograniczeń wykorzystywania pewnych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Wystawiono w San Marcos, stan Kalifornia, USA

Styczeń 2018 roku

(Podpis: Eric Wible)

Eric Wible

2018.01.25 17:27:32-08'00'

Eric Wible, Dyrektor ds. technicznych

\* Analiza zgodności z dyrektywami EMC i LVD

Raporty z testów, na podstawie których ustalono zgodność ST50 z dyrektywami EMC i LVD były raportami dotyczącymi rodziny produktów ST51. Z wyjątkiem elektroniki wyświetlacza LCD, aktywna elektronika w obu modelach jest identyczna.

### **Oprzrządowanie do pomiaru przepływu/poziomu cieczy/temperatury**

Proszę odwiedzić stronę internetową FCI: [www.fluidcomponents.com](http://www.fluidcomponents.com)

1755 La Costa Meadows Drive, San Marcos, California 92078 USA 760-744-6950, 800-854-1993, 760-736-6250

Biuro w Europie: Persephonestraat 3-01 5047 TT Tilburg – Holandia – Tel.: 31-13-5159989, fax: 31-13-5799036

Nr dokumentu: 23EN000017E

Niniejszym potwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z przedłożonym mi w dniu 27 maja 2019 roku oryginałem dokumentu w języku angielskim, w wersji elektronicznej.



*Tłumacz przysięgły języka angielskiego*

*Mgr Maciej Kowasz*

*Nr uprawnień: TP/2604/05*

*Dnia: 27 maja 2019 roku*